

**CRENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 - FMS
AVALIAÇÃO TÉCNICA**

Análise das amostras pela Equipe técnica
CRENCIADO: DIRCEU ANTONIO PERONDI

Foram consideradas as seguintes especificações técnicas para avaliação das amostras:

Prótese Total Removível Maxilar (PT)

- Padrões de estética atuais
- Acrílico termo-polimerizável de alta resistência
- Dentes: no mínimo dupla prensagem (corpo e esmalte), alta resistência mecânica, química e a abrasão). Padrão de qualidade **New-Ace** ou de melhor qualidade.


- Ausência total de bolhas ou porosidades, florescência natural.
- Placa de mordida, montagem, ceroplastia, prensagem, acrilização.
- Resina na cor rosa médio.
- Reforço metálico fundido.

Estrutura metálica prótese Parcial Mandibular (PPR)


- Padrões de estética atuais
- Estrutura metálica fundida em Cobalto-cromo
- Grampos retentores
- Estrutura metálica da prótese com espessura delicada.

Parecer Conclusivo: NÃO APROVAÇÃO DA AMOSTRA, por estar em desacordo com item 9.2.1 alínea "a" do edital de credenciamento público nº 001/2019-FMS. A prótese total removível maxilar não apresenta reforço em liga metálica fundida conforme solicitado, possui reforço em fios de aço inoxidável soldado.

União do Oeste, 22 de abril de 2019


Luciana Beal
Cirurgiã Dentista
CRO 4188
Secretaria Municipal
Saúde de União do Oeste - SC

LUCIANA BEAL


FLÁVIO FALCÃO SCHIAVO
Dr. Flávio Falcão Schiavo
Cirurgião Dentista
CRO/SC 8190
Secretaria Municipal
Saúde de União do Oeste-SC

NELI MARIA MACHADO 