

**CRENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 - FMS
AVALIAÇÃO TÉCNICA**

Análise das amostras pela Equipe técnica

CRENCIADO: ITAMAR LABORATÓRIO DE PRÓTESES

Foram consideradas as seguintes especificações técnicas para avaliação das amostras:

Prótese Total Removível Maxilar (PT)

- (X) Padrões de estética atuais
- (X) Acrílico termo-polimerizável de alta resistência
- (X) Dentes: no mínimo dupla prensagem (corpo e esmalte), alta resistência mecânica, química e a abrasão). Padrão de qualidade **New-Ace** ou de melhor qualidade.

- (X) Ausência total de bolhas ou porosidades, fluorescência natural.
- (X) Placa de mordida, montagem, ceroplastia, prensagem, acrilização.
- (X) Resina na cor rosa médio.
- (X) Reforço metálico fundido.


Estrutura metálica prótese Parcial Mandibular (PPR)

- (X) Padrões de estética atuais
- (X) Estrutura metálica fundida em Cobalto-cromo
- (X) Grampos retentores
- (X) Estrutura metálica da prótese com espessura delicada.

Parecer Conclusivo: APROVAÇÃO DA AMOSTRA, por estar em acordo com as características solicitadas, incluindo o reforço em liga metálica fundida para prótese total maxilar solicitado no item 9.2.1 alínea "a" do edital de credenciamento público nº 001/2019-FMS.

União do Oeste, 20 de maio de 2019

LUCIANA BEAL


Luciana Beal
Cirurgiã Dentista
CRO 4188
Secretaria Municipal
Saúde de União do Oeste - SC

FLÁVIO FALCÃO SCHIAVO


Dr. Flávio Falcão Schiavo
Cirurgião Dentista
CRO/SC 8190
Secretaria Municipal
Saúde de União do Oeste-SC



NELI MARIA MACHADO